


末梢静脈挿入式中心静脈カテーテル (PICC) の固定方法

3M™ テガダーム™ コンフォート フィルム ドレッシング 1688 を使用

3つのポイント

- カテーテル刺入部位にフィルム部分の中央を合わせる
- フィルムの上からカテーテル周囲をつまみ、よく密着させる
- フィルムを皮膚に密着させるように、内側から外側に向かって空気を押し出しながら貼付する



動画 (使用方法) のキャプチャー画像を掲載した資料です。
動画の視聴とあわせてご活用ください。

動画 URL : <http://go.3M.com/medical/picc1688/> (再生時間 : 1分35秒)



貼り方



- 1** 印刷のあるライナー紙を剥がし、粘着面を出します。



- 2** 粘着剤のない部分を持ち、



- 3** カテーテル刺入部位にフィルム部分の中央を合わせます。



- 4** フィルムの上からカテーテル周囲をつまみ、よく密着させます。固定力を上げるために必ず実施して下さい。




- 5** フィルムを皮膚に密着させるように、内側から外側に向かって空気を押し出しながら貼付します。



- 6** 周囲をしっかり密着させ、全体を貼付した後、フィルム部分を押しえながら、ゆっくりとフレーム部分を剥がします。



- 7** 付属の固定用テープの切り込みをカテーテルの下からかみ合わせるように貼付します。



- 8** 付属の記録用ラベルに日付などを記入して、



- 9** 観察の妨げにならない位置に貼付します。

剥がし方



1 補強のテープ類や固定用テープを剥がします。手袋をはめた指の腹でなでるようにすると剥がしやすくなります。



2 手でカテーテルを押さえながら、ドレッシング材を約180度に折り返し、ゆっくりと剥がします。

※ 本資料は使用方法の一例であり、本品およびカテーテル等の添付文書、取扱説明書をご確認の上、個々の患者背景及び状態を含めた医師の総合的なご判断のもとで、固定方法をご検討ください。

販売名:テガダーム コンフォート フィルムドレッシング 届出番号:13B1X1010900233

3M、テガダームは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー

医療用製品事業部


<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
CAPT-054-A

2019年5月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます