

2021年9月21日

お客様 各位

スリーエム ジャパン株式会社

本社 141-8684 東京都品川区北品川6-7-29
医療用製品事業部**3M™ X線透過性モニタリング電極（製品番号：2244）自主回収についてのお願い**

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

この度、当該製品の下記3ロットの一部に不具合があることが判明したため、自主回収させていただくことと致しました。

お客様には誠に申し訳ございませんが、該当ロット表示のある当該製品がございましたら、納入業者様へお渡しいただき、確認のご署名にご協力をいただきますようお願い申し上げます。

多大なご迷惑をお掛けいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

今後、このようなことのないよう管理を徹底し、万全を期してまいりますので、何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

本件につきまして、ご不明な点がございましたら、販売特約店担当者、弊社販売担当者または下記お問い合わせまでご連絡ください。

敬具

記

■ 回収対象品

製品名	3M™ X線透過性 モニタリング電極
製品番号	2244
出荷時期	2021年6月23日～2021年8月5日

■ 対象ロット番号

202302LK	202302LL	202302LM
----------	----------	----------

■ 不具合内容

スタッド部の脱離



■ ロット番号の記載箇所



■ お問い合わせ

スリーエム ジャパン株式会社 カスタマーコールセンター
 TEL : 0570-011-321
 受付時間 9:00 ~ 17:00 月曜日~金曜日 (土・日・祝を除く)

以上