

18 Luglio 2025

Gentile Cliente,

Abbiamo ricevuto segnalazioni di frode relative ai seguenti tre modelli di respiratori chirurgici 3M:

- 3M™ 1860 Respiratore antiparticolato per assistenza sanitaria e maschera chirurgica;
- 3M™ 1860S Respiratore antiparticolato per assistenza sanitaria e maschera chirurgica; e
- 3M™ Aura™ 1870+ Respiratore antiparticolato per assistenza sanitaria e maschera chirurgica.



Queste includono segnalazioni di prodotti falsi/contraffatti e offerte fraudolente in cui il prodotto viene offerto ma non consegnato. Abbiamo collaborato con le forze dell'ordine per eliminare dal mercato i respiratori contraffatti. Queste azioni esecutive hanno portato al sequestro di milioni di respiratori chirurgici 3M 1860, 1860S e 1870+ contraffatti negli ultimi anni.



Nel valutare le offerte per questi respiratori, si prega di considerare alcuni segni comuni di contraffazione:

- Tutti i respiratori 3M 1860, 1860S e 1870+ esportati dalla Cina/Hong Kong devono essere considerati contraffatti. Non produciamo questi respiratori in Cina/Hong Kong.
- Non fare affidamento su certificati o rapporti di ispezione. Tutte le spedizioni di respiratori 3M 1860, 1860S e 1870+ accompagnate da una certificazione o da un rapporto di ispezione sono probabilmente contraffatte.
- Fai attenzione alle e-mail fraudolente che fingono di provenire da "noreply@mmm.com".
- 3M non utilizza un "Sigillo del Perù" o altri sigilli simili (esempi a destra). I respiratori con questi sigilli sono contraffatti.



Per quanto riguarda i respiratori chirurgici 3M 1860, 1860S e 1870+, abbiamo identificato prodotti contraffatti con i seguenti Codici di lotto:

	Codici lotto
3M 1860	110345, 27082, 210156, 210069, B13071, B14112, B14320, B15030, B15180, B16106, B18077, B18808, B19022, B19029, B19063, B19130, B19133, B19155, B19161, B19206, B19240, B19256, B19267, B19314, B19345, B19355, B19697, B19808, B20010, B20011, B20013, B20014, B20015, B20016, B20018, B20019, B20020, B20021, B20022, B20025, B20035, B20060, B20119, B20100, B20132, B20134, B20150, B20158, B20174, B20183, B20235, B20237, B20245, B20246, B20250, B20266, B20281, B20292, B20322, B20350, B20351, B20679, B21013, B21021, B21033, B21041, B21054, B21076, B21215, B21283, B22328, B27233, R12216, R12219, R13606, R14231, R15236, R16231, R16308, R18052, R18059, R19029, R19052, R19145, R19262, R19310, R19324, R19326, R19333, R20003, R20018, R20025, R20035, R20037, R20051, R20057, R20062, R20080, R20086, R20102, R20137, R20138, R20144, R20150, R20155, R20165, R20183, R20188, R20190, R20255, R20265, R20270, R20271,



	R20294, R20295, R20328, R20348, R20349, R20350, R20354, R21001, R21036, R21045, R21134, R21143, R21204, R30868
	Codici lotto
3M 1860S	B14350, B19155, B19697, B19791, B20020, B20522, B20541, B20659, B20670, B20679, B20791, R12102, R17683, R18602, R19052, R20502, R20522, R20545, R20641, R20642, R20656, R20822, R21502
3M 1870+	C161931, C190542, C192331, C190241, C193041, C193361, C200221, C200231, C200271, C200301, C200321, C200721, C200771, C211971

Si prega di notare che potrebbe esserci un prodotto contraffatto con codici lotto non elencati qui e che potrebbero essere aggiunti ulteriori codici lotto nel tempo.

Se possiedi respiratori con uno di questi codici di lotto, valuta immediatamente il modo in cui hai acquistato tali prodotti. Se li hai acquistati da un venditore che non è un distributore ufficiale 3M, c'è un rischio significativo che siano contraffatti e non debbano essere utilizzati. Consigliamo vivamente di acquistare i respiratori 3M solo tramite i distributori ufficiali 3M, in quanto ciò fornirà la massima garanzia di ricevere un prodotto autentico.

In caso di domande, si prega di contattare la nostra linea diretta antifrode al [3M.co.uk/verify](https://www.3m.co.uk/verify).

- Se stai prendendo in considerazione un'offerta per un prodotto che presenta una o più di queste criticità
- Se hai acquistato un prodotto da un venditore che non è un distributore ufficiale 3M, o che presenta uno o più criticità desidera autenticare il prodotto,
- Per verificare se un venditore che ti offre o ti ha venduto questi prodotti è un distributore ufficiale 3M, oppure
- Se hai altre domande sui respiratori chirurgici 3M 1860, 1860S o 1870+ o altri prodotti 3M per la protezione respiratoria.

Puoi trovare ulteriori informazioni, inclusi suggerimenti aggiuntivi per aiutare a identificare i respiratori contraffatti, sul nostro sito Web [3Mitalia.it/autenticitaDPI](https://www.3Mitalia.it/autenticitaDPI)

Grazie per il vostro continuo supporto.

Personal Safety Division
3M Center, Building 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

Negli Stati Uniti d'America

Servizio tecnico: 1 (800) 243-4630
Servizio clienti: 1 (800) 328-1667
[3M.com/workersafety](https://www.3m.com/workersafety)

In Canada

Servizio tecnico: 1 (800) 267-4414
Servizio clienti: 1 (800) 364-3577
[3M.ca/safety](https://www.3m.ca/safety)

3M United Kingdom PLC

3M Centre
Cain Road, Bracknell
Berkshire RG12 8HT
Tel: 0870 60 800 60
www.3m.co.uk/safety