

2025年7月18日

親愛的尊貴客戶，

我們收到與以下三款3M外科呼吸防護具型號相關的詐欺報告：

- 3M™ 1860 醫療顆粒呼吸防護具與外科口罩；
- 3M™ 1860S醫療顆粒呼吸防護具與外科口罩；和
- 3M™ Aura™ 1870+ 醫療顆粒呼吸防護具與外科口罩。

這些案件包括假冒/仿冒產品，以及提供產品卻未送達的詐騙優惠。我們一直與執法單位合作，努力將仿冒呼吸防護具從市場上剔除。這些執法行動導致過去幾年中查獲數百萬個仿冒的3M 1860、1860S及1870+外科呼吸防護具。

在評估這些呼吸防護具報價時，請考慮一些常見的仿冒徵兆：

- 所有從中國/香港出口的3M 1860、1860S和1870+防毒口罩都應視為仿冒品。我們不在中國或香港製造這些呼吸防護具。
- 不要依賴認證或檢查報告。所有3M 1860、1860S及1870+防毒器並附有認證或檢驗報告的出貨，極有可能是偽造品。
- 請小心冒充「noreply@mmm.com」的詐騙郵件。
- 3M不使用「秘魯印章」或其他類似印章（右圖範例）。帶有這些印章的呼吸防護具是仿冒品。



關於3M 1860、1860S及1870+外科呼吸防護具，我們已識別出含有以下特徵的假冒產品批次代碼：

	批次代碼
3M 1860	110345、27082、210156、210069、B13071、B14112、B14320、B15030、B15180、B16106、B18077、B18808、B19022、B19029、B19063、B19130、B19133、B19155、B19161、B19206、B19240、B19256、B19267、B19314、B19345、B19355、B19697、B19808、B20010、B20011、B20013、B20014、B20015、B20016、B20018、B20019、B20020、B20021、B20022、B20025、B20035、B20060、B20119、B20100、B20132、B20134、B20150、B20158、B20174、B20183、B20235、B20237、B20245、B20246、B20250、B20266、B20281、B20292、B20322、B20350、B20351、B20679、B21013、B21021、B21033、B21041、B21054、B21076、B21215、B21283、B22328、B27233、R12216、R12219、R13606、R14231、R15236、R16231、R16308、R18052、R18059、R19029、R19052、R19145、R19262、R19310、R19324、R19326、R19333、R20003、R20018、



	R20025, R20035、R20037、R20051、R20057、R20062、R20080、 R20086, R20102、R20137、R20138、R20144、R20150、R20155、 R20165, R20183、R20188、R20190、R20255、R20265、R20270、 R20271, R20294、R20295、R20328、R20348、R20349、R20350、 R20354, R21001、R21036、R21045、R21134、R21143、R21204、R30868
	批次代碼
3M 1860年 代	B14350、B19155、B19697、B19791、B20020、B20522、 B20541, B20659、B20670、B20679、B20791、R12102、R17683、 R18602, R19052、R20502、R20522、R20545、R20641、R20642、 R20656, R20822、R21502
3M 1870+	C161931、C190542、C192331、C190241、C193041、C193361、 C200221、C200231、C200271、C200301、C200321、C200721 , C200771、C211971

請注意，可能存在此處未列出批次代碼的假冒品，且可能有其他批次代碼隨著時間推移而增加。

如果您有帶有這些批號的呼吸防護具，請立即評估您取得這些產品的途徑。如果你是從非 3M 官方經銷商那裡購買，那麼它們有很大風險是仿冒品，不應該使用。我們強烈建議 3M 呼吸防護具僅透過官方經銷商購買，這樣能提供最佳的正品保證。

如有疑問，請聯絡我們的反詐欺熱線，電話為 3M.com/Verify：

- 如果您正在考慮的產品報價會引發一項或多項這些疑慮，
- 如果你從非3M官方經銷商那裡購買產品，或是該賣家提高了一項或多項這些疑慮，以及想要驗證產品的真實性，
- 為了確認提供或已銷售這些產品的賣家是否為3M官方經銷商，或
- 如果你對 3M 1860、1860S 或 1870+ 外科呼吸防護具或其他 3M 呼吸防護具有任何其他問題防護產品。

您可以在我們的網站 3M.com/realPPE 找到更多資訊，包括協助辨識假冒呼吸防護具的其他技巧。感謝您持續的支持。

個人安全部門
3M 中心, 235-2W-70 聖保羅,
明尼蘇達州 55144-1000

3M PSD 產品僅供職業使用。
3M、Aura 和 1860 是 3M 的商標。在加拿大以授權使用。

在美國
技術服務: 1 (800) 243-4630
客戶服務: 1 (800) 328-
1667 3M.com/workersafety
在加拿大
技術服務: 1 (800) 267-4414
客戶服務: 1 (800) 364-
3577 3M.ca/safety

3M 英國股份有限公司
3M 中心
Cain Road, 布拉克內爾伯克郡
RG12 8HT
電話: 0870 60 800 60
www.3M.co.uk/safety