

18 juillet 2025

Cher précieux client,

Nous avons reçu des signalements de fraude liés aux trois modèles de respirateurs chirurgicaux 3M suivants:

- 3M™ 1860 Respirateur aux particules et masque chirurgical pour les soins de santé;
- 3M™ 1860S Respirateur à particules et masque chirurgical pour les soins de santé; et
- 3M™ Aura™ 1870+ Respirateur aux particules et masque chirurgical.

Ces signalements comprennent des produits contrefaits ainsi que des offres frauduleuses où le produit est offert, mais n'est pas livré. Nous travaillons avec les forces de l'ordre pour retirer les respirateurs contrefaits du marché. Ces mesures d'application ont entraîné la saisie de millions de faux respirateurs chirurgicaux 3M 1860, 1860S et 1870+ au cours des dernières années.

En évaluant les offres pour ces respirateurs, veuillez considérer certains signes courants de contrefaçon:

- Tous les respirateurs 3M 1860, 1860S et 1870+ exportés de Chine/Hong Kong doivent être considérés comme contrefaits. Nous ne fabriquons pas ces respirateurs en Chine ou à Hong Kong.
- Ne vous fiez pas aux rapports de certification ou d'inspection. Tous les envois de respirateurs 3M 1860, 1860S et 1870+ accompagnés d'un rapport de certification ou d'inspection sont probablement contrefaits.
- Méfiez-vous des courriels frauduleux prétendant provenir de « noreply@mmm.com ».
- 3M n'utilise pas de « sceau du Pérou » ni d'autres sceaux similaires (exemples à droite). Les respirateurs portant ces sceaux sont contrefaits.



En ce qui concerne les respirateurs chirurgicaux 3M 1860, 1860S et 1870+, nous avons identifié des produits contrefaits portant les codes de lot suivants:

	Codes de lot
3M 1860	110345, 27082, 210156, 210069, B13071, B14112, B14320, B15030, B15180, B16106, B18077, B18808, B19022, B19029, B19063, B19130, B19133, B19155, B19161, B19206, B19240, B19256, B19267, B19314, B19345, B19355, B19697, B19808, B20010, B20011, B20013, B20014, B20015, B20016, B20018, B20019, B20020, B20021, B20022, B20025, B20035, B20060, B20119, B20100, B20132, B20134, B20150, B20158, B20174, B20183, B20235, B20237, B20245, B20246, B20250, B20266, B20281, B20292, B20322, B20350, B20351, B20679, B21013, B21021, B21033, B21041, B21054, B21076, B21215, B21283, B22328, B27233, R12216, R12219, R13606, R14231, R15236, R16231, R16308, R18052, R18059, R19029, R19052, R19145, R19262, R19310, R19324, R19326, R19333, R20003, R20018, R20025, R20035, R20037, R20051, R20057, R20062, R20080, R20086, R20102, R20137, R20138, R20144, R20150, R20155, R20165, R20183, R20188, R20190, R20255, R20265, R20270, R20271,



	R20294, R20295, R20328, R20348, R20349, R20350, R20354, R21001, R21036, R21045, R21134, R21143, R21204, R30868
--	--

	Codes de lot
3M 1860S	B14350, B19155, B19697, B19791, B20020, B20522, B20541, B20659, B20670, B20679, B20791, R12102, R17683, R18602, R19052, R20502, R20522, R20545, R20641, R20642, R20656, R20822, R21502
3M 1870+	C161931, C190542, C192331, C190241, C193041, C193361, C200221, C200231, C200271, C200301, C200321, C200721, C200771, C211971

Veuillez noter qu'il peut y avoir des produits contrefaits avec des codes de lot non listés ici, et que d'autres codes de lot pourraient être ajoutés au fil du temps.

Si vous possédez des respirateurs portant l'un de ces codes de lot, veuillez immédiatement vérifier comment vous avez acquis ces produits. Si vous les avez achetés auprès d'un vendeur qui n'est pas un distributeur officiel de 3M, il y a un risque important qu'ils soient contrefaits et ne devraient pas être utilisés. Nous recommandons fortement que les respirateurs 3M soient achetés uniquement auprès des distributeurs officiels 3M, car cela offrira la meilleure garantie de recevoir un produit authentique.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre ligne d'aide anti-fraude au [3M.com/Verify](https://www.3m.com/Verify):

- Si vous envisagez une offre de produit qui soulève une ou plusieurs de ces préoccupations,
- Si vous avez acheté un produit auprès d'un vendeur qui n'est pas un distributeur officiel de 3M, ou qui soulève une ou plusieurs de ces préoccupations, et souhaitez authentifier le produit,
- Pour vérifier si un vendeur qui vous offre ou vous a vendu ces produits est un distributeur officiel de 3M, ou
- Si vous avez d'autres questions concernant les respirateurs chirurgicaux 3M 1860, 1860S ou 1870+ ou d'autres produits de protection respiratoire 3M.

Vous pouvez trouver plus d'informations, y compris des conseils supplémentaires pour aider à identifier les respirateurs contrefaits, sur notre site web à [3M.com/realPPE](https://www.3m.com/realPPE).

Merci pour votre soutien continu.

Division de la sécurité personnelle
Centre 3M, bâtiment 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

Aux États-Unis d'Amérique
Service technique : 1 (800) 243-4630
Service à la clientèle : 1 (800) 328-1667 [3M.com/workersafety](https://www.3m.com/workersafety)
Au Canada
Service technique : 1 (800) 267-4414
Service à la clientèle : 1 (800) 364-3577 [3M.ca/safety](https://www.3m.ca/safety)

3M Royaume-Uni PLC
Centre 3M
Cain Road, Bracknell Berkshire
RG12 8HT
Tel : 0870 60 800 60
www.3m.co.uk/safety

Les produits PSD 3M sont réservés à un usage professionnel.
3M, Aura et 1860 sont des marques déposées de 3M. Utilisé sous
licence au Canada.